



PROTOCOLO DE EXAMES PARA PLANEJAMENTO DE GUIA CIRÚRGICO

Para garantir a precisão e segurança do planejamento cirúrgico, siga atentamente as orientações abaixo no momento da realização dos exames. A qualidade das imagens é essencial para o correto posicionamento virtual dos implantes e a confecção do guia.



1. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TCFC)

⚙️ **Configurações obrigatórias:**

- Tipo: Tomografia de feixe cônico (CBCT)
- Campo de visão (FOV): arcada completa ou região de interesse + referências anatômicas adjacentes
- Resolução: Alta ($\text{Voxel} \leq 0.2 \text{ mm}$)
- Formato de entrega: Arquivo DICOM (em pasta compactada .zip)

📍 **Posição do paciente:**

- Cabeça alinhada e imóvel durante a aquisição
- Mordida em posição habitual ou utilizando guia radiográfico (se houver)

! **Evitar:**

- Imagens cortadas ou com artefatos
- Arquivos entregues em formatos diferentes de DICOM

2. ESCANEAMENTO INTRAORAL

Região escaneada:

- Arcada completa (superior e inferior)
- Mordida/bite scan: obrigatória para oclusão precisa

Formato de entrega:

- Arquivos digitais em formato .STL
- (superior, inferior e oclusão separados ou nomeados claramente)

Requisitos técnicos:

- Escaneamento limpo, sem ruídos ou duplicações
- Bem delimitado, com ênfase nas áreas de apoio e retenção do guia

nos

ENVIO DOS ARQUIVOS

- **Enviar os arquivos (DICOM e STL) por e-mail ou via link (WeTransfer, Google Drive etc.)**
- **Nomear os arquivos de forma clara com nome do paciente e data**

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Exames fora deste padrão poderão comprometer a qualidade do planejamento e atrasar a entrega do guia. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe antes de realizar os exames.